


检验检测报告

扫码下载报告



No:200116806

防伪查询网址: www.gttc.net.cn


防伪码: AVCK-1553-24

共1页 第1页

委托单位	新乡市新星特种面料有限公司 地址: 河南省新乡市市辖区高新区丰华街南段1158号				
客户认定信息	熔喷布 3米 商标: 新星 批号款号: 2020-05-08 生产日期: 2020年05月08日 生产单位: 新乡市新星特种面料有限公司				
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-05-14	报告签发日期	2020-05-21
判定依据	YY/T 0969-2013 《一次性使用医用口罩》				
综合检验结论	---				
检验检测结果	检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定
	● 通气阻力 (Pa/cm ²)	YY/T 0969-2013 5.6	≤49	1# 26.9 2# 21.0 3# 23.5	符合
备注	原材料测试, 客户要求按YY/T 0969-2013 《一次性使用医用口罩》检测和判定。 本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。				



签发: 胡万丽 工程师



——本报告结束——